

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със запитване „МБАЛ-Харманли, ЕООД“ дава следното разяснение:

В техническата спецификация в т.1.3 на Обществена поръчка ”Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нов 16-срезов компютърен томограф” ясно е указано, че стойността на „Разстояние фокус- детектор” е „не повече” от 105 см., т.е. има се предвид тя да не надхвърля 105 см.

